




2468

日医発第917号（地Ⅱ188）
平成 24年 12月20日

都道府県医師会長 殿



「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR（FPD）
写真及びCR写真の取扱い等について」の一部改正について

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたび、「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR（FPD）
写真及びCR写真の取扱い等について」の一部改正について、別添のとおり
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長より、本職宛に周知、協力方
の依頼がありました。

本件は、専門家による検討により、じん肺健康診断等において適正に使用
することができる撮像表示条件が新たに追加されたことから、じん肺健康診
断等に用いるエックス線写真がDR（FPD）写真及びCR写真である場合の留意
事項等を下記のとおり改めたというものです。

つきましては、本件の趣旨をご理解の上、貴会会員等に対する周知方につ
きまして貴職のご高配をお願い申し上げます。

記

1. 「じん肺健康診断等のためのDR（FPD）撮像表示条件」及び「DR（FPD）
撮像表示条件確認表」について、株式会社ティーアンドエスにかかるものを
加えるとともに、株式会社マイテックが株式会社ダイトーマイテックに社名
変更したことをうけて、「マイテック」の表示を「ダイトーマイテック」に
変更する。

なお、従来示してきた撮像表示条件については変更がないことから、これ
らの条件で撮影されたDR（FPD）写真については、従前の確認表を用いても
差し支えないこと。

2. じん肺管理区分決定に係る不服審査請求の審査に必要な書類についてまとめたチェックリストを新たに作成したことから、第3その他の2を削除し、第3その他を次のように改める。なお、この内容は改正前の第3その他の1と同様である。

第3 その他

今後、新たにじん肺健康診断等に用いるデジタル写真の条件を作成する場合については、「じん肺健康診断等へのDR (FPD) の使用に関する検討会報告書 (中央労働災害防止協会 平成19年10月)」を参考にすることとしているので留意すること。

(今後、別紙に掲げるメーカー以外の者等からDR (FPD) 写真及びCR写真等の撮像表示条件についての問い合わせがあった場合には、本省に問い合わせるよう指導されたい。)



基安労発1211第2号
平成24年12月11日

社団法人日本医師会長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長

「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定における DR(FPD)写真及び
CR 写真の取扱い等について」の一部改正について

労働衛生行政の運営につきましては、日頃から格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

じん肺法（昭和35年法律第30号）に基づき、じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定（以下「じん肺健康診断等」という。）においては、エックス線写真を用いることとされております。

エックス線写真に関して、デジタル写真である「半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写真」（以下「DR(FPD)写真」という。）及び Computed Radiography による写真（以下「CR 写真」という。）については、平成22年6月24日付け基安労発0624第1号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定における DR(FPD)写真及び CR 写真の取扱い等について」において、その留意事項等を示しているところであります。

今般、専門家による検討により、じん肺健康診断等において適正に使用することができる撮像表示条件が新たに追加されましたことから、じん肺健康診断等に用いるエックス線写真が DR(FPD)写真及び CR 写真である場合の留意事項等を下記のとおり改めましたので、下記事項について、関係医療機関等に対して周知いただきますよう、特段のご配慮をお願い申し上げます。

記

- 1 じん肺健康診断等において、DR(FPD)写真を用いる場合の各種条件を示した別添「じん肺健康診断等のための DR(FPD)撮像表示条件」及び別紙「DR(FPD)撮像表示条件確認表」について、別紙に示す株式会社ティーアンドエスにかかるものを加えるとともに、株式会社マイテックが株式会社ダイトーマイテックに社名変更したことをうけて、「マイテック」の表示を「ダイ

トーマイテック」に変更する。

なお、従来示してきた撮像表示条件については変更がないことから、これらの条件で撮影された DR(FPD)写真については、従前の確認表を用いても差し支えないこと。

- 2 じん肺管理区分決定に係る不服審査請求の審査に必要な書類についてまとめたチェックリストを新たに作成したことから、第3その他の2を削り、第3その他を次のように改める。なお、この内容は改正前の第3その他の1と同様であること。


第3 その他

今後、新たにじん肺健康診断等に用いるデジタル写真の条件を作成する場合については、「じん肺健康診断等への DR(FPD)の使用に関する検討会報告書（中央労働災害防止協会 平成 19 年 10 月）」を参考とすることとしているので留意すること。

(今後、別紙に掲げるメーカー以外の者等から DR(FPD)写真及び CR 写真等の撮像表示条件についての問い合わせがあった場合には、本省に問い合わせるよう指導されたい。)

(別添「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」に追加)

	パラメータ	撮像表示条件
ティーアンドエス	S(シャープネス)	-1~0
	C(コントラスト)	0
	B(ブライトネス)	-1~0



表示場所: 可変

表示例:

例えば右下に「SOBOCO」などと表示される。

(別紙「DR(FPD9)撮像表示条件確認表」に追加)

ティーアンドエス	S(シャープネス)	-1~0	
	C(コントラスト)	0	
	B(ブライトネス)	-1~0	